フォナック ミニコントロール

Phonak MiniControl

取扱説明書

はじめに

このたびはフォナック社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

Phonak MiniContorol（フォナック ミニコントロール）は、フォナック バート Q90/Q70/Q50-nano 用のリモコンです。補聴器の音量変更やプログラム変更を簡単に行うことができます。

ご利用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

1. 本体付属品と各部の名称

- フォナック ミニコントロール

- ケース
- 取扱説明書（本書）
- 使用上の注意事項

2. 調節可能な補聴器

- フォナック バート Q90/Q70/Q50-nano S
- フォナック バート Q90/Q70/Q50-nano M

3. ミニコントロールの使用方法

補聴器の電源がオンになっている状態で、ミニコントロールのキャップを回しながら外し、補聴器にゆっくり近づけます。



ミニコントロールの動作は、次の①～③のうちのいずれかに設定できます。お手持ちの補聴器がどの設定になっているか、お求めの販売店でご確認ください。

① プログラム切替



※ ミニコントロールを補聴器に近づけると、次のプログラムに切り替わります。複数のプログラムを切り替える場合は、ミニコントロールを一度補聴器から離し、もう一度近づけてください。

ご自身の補聴器のプログラム設定につきましては、お求めの補聴器販売店にご確認ください。

② 音量調節（上げる）



③ 音量調節（下げる）



- ステップ数（増減幅）は設定により異なります。お求めの補聴器販売店にご確認ください。1 ステップにつき 2dB ずつ変化します。

※ ミニコントロールを補聴器に近づけている間は、音量が徐々に変化し、一巡すると元の音量に戻ります。ちょうど良い音量に切り替わったら、ミニコントロールを補聴器から離します。

製造販売業
フォナック・ジャパン株式会社
〒141-0031　東京都品川区西五反田 5-2-4
レキシントン・プラザ西五反田
TEL 0120-06-4079　（お客様相談窓口）
FAX 0120-23-4080
www.phonak.jp

PHONAK
life is on